

## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: パック卵(内容のみ)  
受付番号: C71E010  
受付日: 2012年7月30日  
測定日: 2012年7月30日  
検査方法: 測定器:  
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

## 【検査結果】

| サンプル名 | $^{131}\text{I}$ (ヨウ素131)        | $^{134}\text{Cs}$ (セシウム134) | $^{137}\text{Cs}$ (セシウム137) | 暫定規制値                                                                         |
|-------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| パック卵  | 検出せず<br>(5.98Bq/kg) <sup>1</sup> | 検出せず<br>(<10.3Bq/kg)        | 検出せず<br>(<9.70Bq/kg)        | $^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)と<br>$^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)の<br>合計が100Bq/kg以下 |

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す

<sup>2</sup> 暫定規制値は右記食品種のことを記載: 卵

検査担当者: 佐藤 友子

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 卵\_\_伊奈養鶏場  
 産地 :  
 検体番号 : C71E010  
 依頼者 : PPQC (伊奈養鶏場)  
 分類 : パック卵  
 コメント :  
 供試量 : 1.138 kg  
 測定試料重量 : 1.138 kg  
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

## 【 測定情報 】

データID : S0120120730154003  
 測定日時 : 2012/07/30 (月) 15:40:03  
 測定時間 : 20 分  
 デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり ( BG測定日時 : 2012/07/30 (月) 10:51:15 )  
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

| No                       | 判定  | 核種名    | エネルギー<br>(keV) | ネット面積±誤差<br>(Counts) | 放射能濃度±誤差<br>(Bq/kg) | 検出限界<br>(Bq/kg)       |
|--------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1                        | 不検出 | I-131  | 364.48         | N. D.                | N. D.               | 5.98E+00              |
| 2                        | 不検出 | Cs-137 | 661.65         | N. D.                | N. D.               | 9.70E+00              |
| 3                        | 不検出 | Cs-134 | 795.85         | N. D.                | N. D.               | 1.03E+01              |
| Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出) |     |        |                |                      | N. D.               | (2.00E+01)<br>(誤差は3σ) |

